

Produkt:	Neolution®Air	
REF:	256VP	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	
Klassifizierung:	▪ Kategorie III nach der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). ▪ Klasse I nach der Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte (MP). ▪ Wir empfehlen den Einsatz in Reinräumen nach DIN EN ISO 14644-1 (Helmke Drum Test gemäß IEST-PR-CC003.4, Kategorie I): ISO Klasse 3 bis ISO Klasse 9. ▪ EU GMP Anhang 1, Klasse C und D.	
Schutzklasse:	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP3 NR D mit abgedecktem Ventil nach EN 149:2001+A1:2009. Entspricht zusätzlich den Anforderungen für Typ IIR medizinische Gesichtsmasken nach EN 14683:2019+AC:2019 im Bezug auf Filterwirksamkeit für Bakterien, Spritzerfestigkeitsdruck und Mikrobiologische Reinheit. Sehr gute Hautverträglichkeit wissenschaftlich belegt durch Prüfungen nach EN ISO 10993-5 (Zytotoxizität), EN ISO 10993-10 (Sensibilisierung) und EN ISO 10993-23 (Irritation): Die verwendeten Materialien sind nicht zytotoxisch, nicht sensibilisierend und nicht irritierend.	
Materialien:	▪ Maskenkörper: Vliesstoff aus Polypropylen ▪ Kopfband: Textiles Gummiband aus Polyester und Elasthan. ▪ Nasenbügel: mit Plastik ummantelter Metalldraht ▪ Ventil: Polypropylen ▪ Abdeckung Ventil: Meltblown- Endlosfilamentvlies, verbunden mit Spinnvlies Maske ist frei von Naturlatex.	

Produktbeschreibung:	Diese Maske ist nicht nur eine hervorragende Atemschutzmaske mit Ausatemventil, die den Tragekomfort durch Verhinderung von Feuchtigkeits- und Hitzestau erhöht. Durch die filtrierende Ventilabdeckung hält sie Keime und Tröpfchen aus dem Atem des Trägers zurück und schützt damit auch die Umgebung vor Verunreinigung und möglicherweise infektiösen Aerosolen. Sie ist damit ideal für den Reinraum und für den Einsatz bei chirurgischen und medizinischen Eingriffen. Die dreiteilige Atemschutzmaske und medizinische Gesichtsmaske Neolution®Air besticht durch hochwertige Materialien, die dem Träger maximalen Tragekomfort garantieren. High-Tech-Filtermaterial generiert eine hohe Filterleistung gegen feste und flüssige Aerosole bei extrem niedrigem Atemwiderstand. Durch die drei beweglichen Teile folgt die Maske den Kieferbewegungen beim Sprechen. Dadurch wird ein konstanter Dichtsitz erreicht. Textile Kopfbänder sorgen für einen sicheren Halt der Maske am Gesicht. Die Bänder liegen angenehm am Kopf, ohne zu drücken oder an den Haaren zu ziepen. Maximaler Schutz auch unter extremen Bedingungen: für Einwegmasken freiwilliger Dolomitstaub-Einspeichertest bestanden!						
Produktleistungen:	Produktperformance nach EN 149:2001+A1:2009						
	Filtereffizienz						
	Klasse	Anforderung			Testresultat		
		Maximaler Durchlass			Tatsächlicher Durchlass		
		NaCl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min		NaCl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min	
	FFP3 NR D	1 %	1 %		0,07 %	0,16 %	
	Atemwiderstand						
	Klasse	Anforderung			Testresultat		
		Maximaler Atemwiderstand (mbar)			Tatsächlicher Atemwiderstand (mbar)		
		Einatmung		Ausatmung	Einatmung		Ausatmung
		30 l/min	95 l/min	160 l/min	30 l/min	95 l/min	160 l/min
	FFP3 NR D	1,0	3,0	3,0	0,4	1,7	2,5
Leckageprüfung							
Klasse	Anforderung			Testresultat			
	Maximale Gesamte nach innen gerichtete Leckage (%)	Minimum Schutzfaktor (Fit-Faktor)		Gesamte nach innen gerichtete Leckage (%) ¹		Schutzfaktor (Fit-Faktor) ^{1,2}	

	FFP3 NR D	2	30	0,81	123,5
	¹ Die Werte der Leckage und des Schutzfaktors wurden mit 3 Probanden unter Laborbedingungen als Mittelwert ermittelt und dienen nur als Referenz. Die Angaben repräsentieren nicht die reale Leckage einer Person am Arbeitsplatz und ersetzen keinen individuellen Fit-Test. ² Der Fit-Faktor (Schutzfaktor) gibt das Verhältnis zwischen der Partikelkonzentration außerhalb der Maske und der Partikelkonzentration innerhalb der Maske an.				
	Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft				
	Klasse	Anforderung (max.)		Testresultat	
	FFP3 NR D	1 %		0,56 %	
	<i>Produktperformance nach EN 14683:2019 +AC:2019</i>				
	Bakterielle Filterleistung (BFE)				
	Klasse	Anforderung		Testresultat	
	Typ IIR	≥98 %		> 99,9	
	Druck des Spritzwiderstandes				
	Klasse	Anforderung		Testresultat	
	Typ IIR	≥16,0 kPa		16,0 kPa	
	Mikrobiologische Reinheit				
	Klasse	Anforderung		Testresultat	
	Typ IIR	Maximaler KBE/g Wert		tatsächlicher KBE/g Wert	
		< 30		< 5	
	*KBE = Kolonie bildende Einheiten.				
Produktleistungen:	Testergebnisse Helmke-Drum Test IEST-PR-CC003.4 (Durchschnitt)				
	<i>Partikelgröße</i>		<i>Gezählte Partikel (pro cm²)</i>		Helmke-Drum Test IEST-PR-CC003.4 Klimakonditionen: 18°C +/- 2°C, 50% - 10% r.F.
	≥ 0,3 µm - < 0,5 µm		0,00066		
	≥ 0,5 µm - <1,0 µm		0,00058		
	≥ 1,0 µm - < 5,0 µm		0,00058		
	≥ 5,0 µm		0,00006		

Verpackung und Varianten:	Verpackung	Menge	GTIN
	Box	20 Stk.	4049825007913
	Karton	120 Stk.	4049825507901
	Europalette	5760 Stk.	
Farbe:	Weiß		
Anwendung:	Zum Einmalgebrauch. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen vor der Benutzung.		
Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern (siehe Verpackung). Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt).		
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen des entsprechenden Landes zu befolgen. Ein nicht kontaminiertes Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.		